

路博消解器、消解仪

产品名称	路博消解器、消解仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	试管孔:6只 控温:200 名称:消解仪
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

一、仪器是 试管恒温仪，该仪器有6只试管孔。适合使用6只反应试管，仪器的加热块采用高密度铝合金挤压成型，具有热容量大、热阻小、加热均匀等特点。采用智能型数字显示温度，随意设定、自动恒温、使用方便，控温精度可达到 200 ± 1 ，设有数显定时装置，用户可在一星期内任意调节计时时间。不锈钢遮光防尘盖，使用试管免封口，试验操作方便快捷，传统恒温水箱试管必须封口，否则水蒸气或水珠进入试管造成污染，给每支试管一一封口即麻烦费时，又影响实验效果。

二、数显智能温控仪使用方法

三、设定温度：按SET键可设定或查看温度设定值。按一下 SET键数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，调至所需温度时，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。

四、

五、

六、三、以下参数出厂时都已经调试好，不能满足要求时再作调整。

七、按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。

八、E：这个参数在P=0时是加热停止的提前量，当P不等于0时仪表为智能PID工作方式，P不等于0时E参数无意义。

九、P：为比例带，即比例控制值，仪表设定值为中心P值分布在设定值两边，在P值范围内仪表以PID方式工作。

十、T：为加热输出循环周期，即继电器工作循环周期，T值小控制效果好，但T值太小继电器会因频繁工作而减小寿命。一般T值取20—60秒。

十一、为简化操作，仪表的积分和微分时间设计为隐藏参数，其值为自动默认值。

十二、误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单，个出现并闪动的参数为E00即提前量，再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数，配合 或 键可修改此参数。误差的修正的范围绕-9.9 到+9.9 ，修正完成后在按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。