

医用电气设备-ME 设备防火外壳的结构要求测试

产品名称	医用电气设备-ME 设备防火外壳的结构要求测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台-汇聚近千家拥有CMA、CNAS、CAI等资质的权威第三方检测实验室，为你提供全方位的检测服务，出具具有法律效应的检测报告，我们的服务态度是：公正：保证检测工作不受来自各方面压力的影响，独立进行检测，出具公正的检测结果。科学：遵守国家有关法律、法规，依据检测标准、规范。准确：认真执行本公司作业程序，严格控制检测全过程。高效：在能力岗位和检测程序有效保障的情况下，及时给客户出具数据，保障客户的利益。改进：通过学习培训不断提高技术能力和管理水平，超越自我，赶超行业先进水平。

- 1 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第52章 不正常的运行和故障状态
- 2 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 36.201.1 传导骚扰
- 3 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第18章 保护接地、功能接地和电位均衡
- 4 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第16章 外壳和防护罩

- 5 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012
36.202.6 射频电磁场感应的传导骚扰抗扰度
- 6 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012
36.202.3 射频电磁场辐射抗扰度
- 7 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第21章 机械强度
- 8 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第24章 正常使用时的稳定性
- 9 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012
36.202.5 浪涌(冲击)抗扰度
- 10 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第4.10章 潮湿预处理
- 11 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第57.10章 爬电距离和电气间隙
- 12 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第20章 电介质强度
- 13 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第15章 电压和(或)能量的限制
- 14 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012
36.202.7 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度
- 15 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012
36.201.3.2 电压波动和闪烁