

# 超声诊断和监护设备-ME设备和ME系统的分类测试

产品名称	超声诊断和监护设备- ME设备和ME系统的分类测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网优势：1、百检网-检测服务综合电商平台，一份报告、中国通用，省时省事省钱省心。2、汇聚众多拥有CNAS、CMA、CAL检测资质检测机构遍布中国，检测领域全行业覆盖。3、提供各种检测，认证，计量校准、电商入驻、招投标、工商抽检以及私人定制检测服务。4、报告权威有效、求流程自助下单，让检测变得简单。

1 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 IEC 60601-2-37:2007+A1:2015 201.8 ME 设备对电击危险的防护

2 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 EN 60601-2-37:2008+A1:2015 201.8 ME 设备对电击危险的防护

3 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 IEC 60601-2-37:2007+A1:2015 201.11 ME设备超温和其它危险的防护

4 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 EN 60601-2-37:2008+A1:2015  
201.11 ME设备超温和其它危险的防护

5 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 GB9706.9-2008 20 电介质强度

6 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 GB9706.9-2008 42 超温

7 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 GB9706.9-2008  
19 连续漏电流和患者辅助电流

8 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能的专用要求 IEC  
60601-2-37:2007+AMD1:2015 CSV 201.7.2.9 IP分类

9 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能的专用要求 IEC 60601-2-37:2007  
201.7.2.9 IP分类

10 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求  
GB9706.9-2008IEC60601-2-37:2001+A1:2004+A2:2005 6.8.2 使用说明书

11 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能的专用要求 IEC  
60601-2-37:2007+AMD1:2015 CSV 201.7.9.2.10 信息

12 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能的专用要求 IEC 60601-2-37:2007  
201.7.9.2.10 信息

13 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能的专用要求 IEC  
60601-2-37:2007+AMD1:2015 CSV 201.7.9.3.101 关于声输出水平的技术数据

14 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能的专用要求 IEC 60601-2-37:2007  
201.7.9.3.101 关于声输出水平的技术数据

15 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能的专用要求 IEC  
60601-2-37:2007+AMD1:2015 CSV 201.17 医疗设备和医疗系统的电磁兼容

