

# 卤代烷灭火系统及零部件-信号反馈装置强度试验测试

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 卤代烷灭火系统及零部件-<br>信号反馈装置强度试验测试  |
| 公司名称 | 百检（上海）信息科技有限公司                |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:百检<br>资质:CMA/CNAS<br>地区:全国 |
| 公司地址 | 上海徐汇区普天科创产业园                  |
| 联系电话 | 4001017153 18501763637        |

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

一个创新模式“互联网+检测电商”，主营业务是检验检测商品服务，百检寓意“百“所有的、众多的，”检“表明行业属性—检测检验；一个创新模式的检验检测服务网站，专注于为第三方检测机构以及中小微企业及个人用户搭建互联网+检测电商服务业务。

- 1 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.14.1 信号反馈装置动作要求
- 2 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.14.3 信号反馈装置密封要求
- 3 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.14.2 信号反馈装置强度要求
- 4 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.14.5 信号反馈装置绝缘要求
- 5 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.14.4 信号反馈装置耐电压性能

- 6 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.14.6 信号反馈装置耐腐蚀性能
- 7 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.14.7 信号反馈装置触点接触电阻
- 8 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.7.6 单向阀反向密封要求
- 9 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.7.10 单向阀局部阻力损失
- 10 《卤代烷灭火系统及零部件》 GB/T 795-2008 6.1 单向阀工作压力
- 11 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.7.8 单向阀工作可靠性要求
- 12 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.7.9 单向阀开启压力要求
- 13 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》 GA 400-2002 5.7.4 单向阀强度要求
- 14 《卤代烷灭火系统及零部件》 GB/T 795-2008 6.1 单向阀材料
- 15 《卤代烷灭火系统及零部件》 GB/T 795-2008 6.1 单向阀标志