

美国爱色丽便携式分光测色计Ci60

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 美国爱色丽便携式分光测色计Ci60 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 32500.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4 |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

美国爱色丽便携式分光测色计Ci60 Ci62支持NetProfiler软件，可实现追踪和追溯，确保多个设备和地点之间的一致测量，使用户能在供应链的任意位置监测和优化仪器。Ci60是一款便携式的入门级积分球式分光光度仪，专为测量和识别整个生产过程中的色彩质量而设计。配有合格/不合格指示灯，非常适合在现场或工厂进行质量控制。产品规格：

| | |
|-----------|--|
| 电池 | 锂离子电池 |
| 电池周期 | 1000次测量 @ 10秒间隔 |
| 校准 | 白色和零点 |
| 色差 | [/X], ecmc, lab, E00, 反射率, E94, XYZ, L*a*b*, Yxy,, L*C*h°, L*u*v*, 差异评语 |
| 色彩空间 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v* |
| 尺寸（长，宽，高） | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
| 湿度 | 5%到85%，非凝露 |
| 光源种类 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
| 照明孔径 | 14mm |
| 导入/导出格式 | CSV |
| 显示器 | 背光彩色图形LCD |
| 仪器台间差 | 0.40 E*ab（平均值） |
| 光源寿命 | 约50万次测量 |
| 支持的语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文（简体）、中文（繁体）、韩语和日语 |
| 光源 | 充气钨丝灯 |
| 测量间隔时间 | 2秒 |

| | |
|-------------------|---|
| 测量几何结构 | d/8 ° |
| 测量孔径 | 8mm |
| 测量时间 | 2 秒 |
| 观察者 | 2 ° & 10 ° |
| 工作温度范围 | 50 ° 到 104 ° F (10 ° 到 40 ° C) |
| 包装尺寸 (长度, 宽度, 高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
| 合格/不合格指示 | 是 |
| 光度范围 | 0 到 200% |
| 光度分辨率 | 0.01% |
| 反射孔径 | 1 |
| 样本存储 | 4000 |
| 样本预览 | 目标窗口 |
| 运输重量 | 1.7kg |
| 短期重复性 – 白色 | 0.10 E*ab (白色陶瓷上) |
| 软件开发包 | XDS4 |
| 光谱分析仪 | 蓝光增强硅光电二极管 |
| 光谱间隔 | 10nm |
| 光谱范围 | 400nm-700nm |
| 光谱报告 | |
| 测量指数 | [L*/X], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类 |
| 标准存储 | 1000 |
| 储存温度范围 | -4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C) |
| 转换支持 | 嵌入式 |
| 电压 | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
| 保修期 | 12 个月 |
| 重量 | 1.06 kg |

采用动态用户界面，用户可以方便地修改和配置界面，以满足其独特的流程。利用自带的配置工具，还可轻松完成仪器的默认设置。东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有日本柯尼卡美能达(Konica Minolta)色彩色差计CR-10/CR-10 Plus, CR-400/410, , 分光测色计CM-2300D,CM-2500D/2600D, CM-2500C, CM-700D,CM-3600D/3700D, CM-5, CM-3600A/3700A等