

医用防护口罩-全项目测试-医疗器械测试报告

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 医用防护口罩-全项目测试-医疗器械测试报告 |
| 公司名称 | 百检（上海）信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国 |
| 公司地址 | 上海徐汇区普天科创产业园 |
| 联系电话 | 4001017153 18501763637 |

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网秉承“客户至上，服务为先，精诚合作，以人为本”的经营理念，我们为各行业有实力的检测机构提供终端用户在线自动选择下单的交易化平台，足不出户，即可与需求用户无缝对接。我们为终端检测用户群体，提供“一站购物式”的新奇检测体验，打开网站，像挑选商品一样简单，方便。

1 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 5.7（GB 15979-2002 附录B3）大肠菌群

2 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 5.7（GB 15979-2002 附录B6）溶血性链球菌

3 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 5.7（GB 15979-2002 附录B7）真菌菌落总数

4 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 5.7（GB 15979-2002 附录B2）细菌菌落总数

5 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 5.7（GB 15979-2002 附录B4）绿脓杆菌

- 6 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 5.7 (GB 15979-2002 附录B5) 金黄色葡萄球菌
- 7 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.1 口罩基本要求
- 8 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.3 口罩带
- 9 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.6 合成血液穿透
- 10 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.12 密合性
- 11 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.8 微生物指标
- 12 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.5 气流阻力
- 13 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.7 表面抗湿性
- 14 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.4 过滤效率
- 15 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 4.10 阻燃性能