

KONICAMINOLTA色差仪CM-2600D电路错误维修

产品名称	KONICAMINOLTA色差仪CM-2600D电路错误维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

KONICAMINOLTA色差仪CM-2600D电路错误维修 ER13A/D转换电路错误，A/D转换失败1、A/D转换器错误2、和A/D转换器有关的电路错误。关闭电源，然后再打开。如果此信息仍然显示，请联系东莞森铭设备有限公司。ER27充电错误，为氙灯闪光的充电过程未能完成。1、充电电路损坏2、电池电量降低，请联系东莞森铭设备有限公司 ER01存储空间已满，已测数据和目标色数据总数已达到700个。删除一些数据以保证有必要的存储空间。仪器中可以存储共700个目标色和已测数据。

ER17错误的时钟操作，时钟集成电路工作不正常。1、时钟集成电路的电压过低或者相关电路损坏。请联系东莞森铭设备有限公司 ER30记忆体中无数据，自从记忆体的备用电池用完起数据就会丢失。打开电源即可为记忆体备用电池充电。如果备用电池充电5个小时以上，数据可以保存4.5个月 东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等，台式分光光度仪Colori5/i7，Color eye 7000A/3100，Ci7800/Ci7600等，分光密度仪500系列（504,508,518,528,530），SpectroEye等，透射密度仪341，361，369等