

有创血压监测设备-产品结构测试-其他检测检测报告

产品名称	有创血压监测设备-产品结构测试-其他检测检测报告
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
13 不正常的运行和故障状态

2 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.6 保护接地

3 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 18 保护接地

4 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.6 功能接地

5 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 18 功能接地

6 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.7 单一状态下漏电流

7 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
19 单一状态下漏电流

8 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
16 外壳与防护罩

9 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.7 患者辅助电流

10 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
19 患者辅助电流

11 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 21 机械强度

12 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
19 正常状态下漏电流

13 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.7 正常状态下漏电流

14 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 20 电介质强度

15 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.4 电压与能量限制