

手术无影灯-光源的标记测试-医疗器械检测报告

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 手术无影灯-光源的标记测试-医疗器械检测报告 |
| 公司名称 | 百检检测 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路2012号 |
| 联系电话 | 18601756433 18601756433 |

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网打造检验检测行业的头部社交媒体是我们的宗旨，让检测人、质量人每天即可获取到行业的*新政策、改革、标准和法规、机构动态、商机等信息，减少信息差，实现信息对等。

1 医用电气设备 第2-48部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.13 ME设备危险情况和故障状态

2 医用电气设备 第2-44部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.9 ME设备和ME系统对机械危险的防护

3 医用电气设备 第2-43部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.8 ME设备对电击危险（源）的防护

4 医用电气设备 第2-42部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.7 ME设备或ME设备部件的外部标记

5 医用电气设备 第2-45部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.10 对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护

6 医用电气设备 第2-46部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.11 对超温和其他危险（源）的防护

7 医用电气设备 第2-47部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.12 控制器和仪表的准确性和危险输出的防护

8 医用电气设备 第2-41部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.241-2020 201.4 通用要求

9 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008
52 不正常的运行和故障状态

10 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 49 供电电源的中断

11 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 50.102.2 光谱特性

12 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008
50.102.3 受照面温升

13 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 16 外壳和保护罩

14 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 55 外壳和罩盖

15 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 50.102.4 安全特性