

输液泵、注射泵-保护接地、功能接地和电位均衡测试

产品名称	输液泵、注射泵- 保护接地、功能接地和电位均衡测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网打造检验检测行业的头部社交媒体是我们的宗旨，让检测人、质量人每天即可获取到行业的*新政策、改革、标准和法规、机构动态、商机等信息，减少信息差，实现信息对等。

1 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 电介质强度

2 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 机械强度

3 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 连续漏电流和患者辅助电流

4 医用电气设备第2-24部分输液泵和输液控制器安全专用要求 对超温和其它危害的防护

5 医用电气设备第2-24部分输液泵和输液控制器安全专用要求 医用电器设备和系统的电磁兼容性

- 6 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 泄漏
- 7 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 输液管路的安装
- 8 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 人为错误
- 9 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 不正常的运行和故障状态
- 10 医用电气设备第2-24部分输液泵和输液控制器安全专用要求 电磁兼容性的要求和试验
- 11 医用电气设备第2-24部分输液泵和输液控制器安全专用要求 可用性
- 12 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 断电后的恢复
- 13 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 注射器的固定
- 14 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 设定值的意外改变
- 15 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 连接——概述