

CL15811 - E医用注射针针尖刺穿力测试仪

产品名称	CL15811 - E医用注射针针尖刺穿力测试仪
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

采用6英寸（120×90）单彩液晶显示屏，中文菜单显示。公称规格、管壁、测试次数、加压、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，机载打印测试数据。实时显示刺穿力和峰值力数据，可显示最大刺穿力及F五种峰值力。

公称规格：0.2～1.2mm；

测试范围：0.10～5.00N，精度：±0.01N；

移动速度：100mm/min；

模拟皮肤：聚氨酯膜材料，符合GB15811 - 2001标准；

方式：每次可打印8次、13次或20次测试数据及平均挠度值和偏差值；

净重：11kg；

外形尺寸：400×290×240（mm）。