

热垫式治疗仪 全项目检测 其他检测报告

产品名称	热垫式治疗仪 全项目检测 其他检测报告
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 Cl.4 要求

2 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.3 外观

3 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.2.2 定时装置

4 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.2.1 热垫温度

5 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.2.3 超温保护装置

6 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.2.4 输出指示

7 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.12 仪器控制精度和危险输出的防止

8 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 208 医用电气设备和医用电气系统报警系统的一般要求、试验和导则

9 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.6 医用电气设备和医用电气系统的分类

10 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.9 医用电气设备和医用电气系统的机械危险防护

11 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.17 医用电气设备和医用电气系统的电磁兼容性

12 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.5 医用电气设备测试的通用要求

13 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.8 医用电气设备电气危险的防护

14 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.15 医用电气设备的结构

15 医疗电气设备

第2-35部分：应用于加热的毛毯、衬垫或床垫及医用加热装置基本安全性及基本性能的详细规范 IEC 80601-2-35:2016 201.7 医用电气设备识别，标识和文件

