

医用血管造影X射线机分类组成检测 百检网

产品名称	医用血管造影X射线机分类组成检测 百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网优势：1、百检网-检测服务综合电商平台，一份报告、中国通用，省时省事省钱省心。2、汇聚众多拥有CNAS、CMA、CAL检测资质检测机构遍布中国，检测领域全行业覆盖。3、提供各种检测，认证，计量校准、电商入驻、招投标、工商抽检以及私人定制检测服务。4、报告有效、求流程自助下单，让检测变得简单。

1 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.14 DSA动态范围

2 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.13 DSA对比灵敏度

3 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.12 DSA模式中的伪影

4 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.3.1 X射线管电压

5 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.3.2 X射线管电流

6 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.5 X射线野自动跟踪接受野

7 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.6 伪影

8 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.8 低对比度分辨率

9 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.5.4 制动力

10 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.3.3 加载时间

11 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.9 动态范围

12 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.5.5 启动力

13 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.5.7 噪声

14 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.11 图像亮度稳定度

15 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 5.4.15 图像采集速率