

# 医用电气设备检测-冲击试验装置测试-医疗器械检测报告

产品名称	医用电气设备检测-冲击试验装置测试-医疗器械检测报告
公司名称	百检集团
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

## 产品详情

百检网-的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

检测检测特点：1、检测行业全覆盖，满足不同的检测；2、实验室全覆盖，就近分配本地化检测；3、工程师一对一服务，让检测更4、免费初检，初检不收取检测费用5、自助下单 快递免费上门取样；6、周期短，费用低，服务周到；7、拥有CMA、CNAS、CAL等资质；8、检测报告有效、中国通用；

1 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第52章 不正常的运行和故障状态

2 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 36.201.1 传导骚扰

3 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第18章 保护接地、功能接地和电位均衡

4 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第16章 外壳和防护罩

- 5 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012  
36.202.6 射频电磁场感应的传导骚扰抗扰度
- 6 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012  
36.202.3 射频电磁场辐射抗扰度
- 7 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第21章 机械强度
- 8 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第24章 正常使用时的稳定性
- 9 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012  
36.202.5 浪涌(冲击)抗扰度
- 10 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第4.10章 潮湿预处理
- 11 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第57.10章 爬电距离和电气间隙
- 12 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第20章 电介质强度
- 13 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB 9706.1-2007 第15章 电压和(或)能量的限制
- 14 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012  
36.202.7 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度
- 15 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012  
36.201.3.2 电压波动和闪烁