

柯尼卡美能达高精度色差计维修CM-2300D

产品名称	柯尼卡美能达高精度色差计维修CM-2300D
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	测量孔径:8mm 重复性:0.08 台间差:0.2
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

柯尼卡美能达高精度色差计维修CM-2300D ER05闪光错误，氙灯闪烁异常。1、氙灯已烧坏。2、闪烁电路故障3、传感器故障，请联系东莞森铭设备有限公司。

ER24白板校正未做好，尚未执行白板校正。每次打开本仪器时必须执行，白板校正。

当测量区域或镜面反射分量设置发生变动时也必须进行白板校正。ER01内存已满，本仪器能记录*多1,700个测量和色差的标准数据。删除一些数据，以确保留有必要的存储空间。本仪器*多能保留1,700个数据设定。（包括测量结果与色差标准据）。

ER11校正错误，没有正确执行零校正或白板校正。对于零校正，必须将样品测量，口对准外面。

对于白板校正，必须使用白色校正板。对象蔽光框不正确。装上正确的对象蔽光框。

ER11校正错误，没有正确执行零校正或白板校正。对于零校正，必须将样品测量，口对准外面。

对于白板校正，必须使用白色校正板。对象蔽光框不正确。装上正确的对象蔽光框。

ER30内存没有数据，由于存储器备用电池电量耗尽，数据已丢失。打开电源对存储器备用电池充电。

在打开本仪器的电源后，25小时内可充满备用电池。当充满电池后，可保存数据备份约4.5个月。ER27

贮电时错误，无法完成对氙灯闪烁时的充电1、充电电路发生故障2、电池电压下降，请联系东莞森铭设备有限公司。东莞森铭设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的检测仪器供应商，产品覆盖在印刷、油墨、塑料橡胶、电子产品、涂料涂装、纺织等行业，目前主营生产的产品：油墨印刷检测仪器、纸张检测仪器、光学检测仪器、塑料橡胶检测仪器、材料分析检测仪器等等。