塑料熔体流动速率测定仪

产品名称	塑料熔体流动速率测定仪
公司名称	承德试铨试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	承德市新华路28号
联系电话	0314-2159678 13020898179

产品详情

XNR-400系列熔体流动速率测定仪/熔体流动速率仪/熔体流动速率测试仪/熔融指数仪/熔融指数测定仪是用来表征热塑性高聚物在粘流状态时流动性能的仪器，用来测定热塑性树脂的熔体质量流动速率（MFR），它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、尼龙、氟塑料、聚芳矾的工程塑料，也适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯聚甲醛树脂、ABS树脂等熔融温度较低的塑料的测试，广泛应用于石油化工、塑料原料、塑料生产、塑料制品等行业和相关的检测部门，科研单位、大专院校。 熔体流动速率测定仪/熔体流动速率仪/熔体流动速率测试仪/熔融指数仪/熔融指数测定仪特点：XNR-400系列熔体流动速率测定仪是依据国家标准和国际标准设计制造，具有结构简单、操作方便、易保养维护等优点。采用单片机系统控制，具有温度数字显示、时间显示、位移显示，自动加载等功能，能进行体积法、质量法和密度法测试，具有自动切料和手动切料两种方法，温度可自动校准。
熔体流动速率测定仪/熔体流动速率仪/熔体流动速率测试仪/熔融指数仪/熔融指数测定仪符合标准： GB/T3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》、ISO1133、JJG878-94等标准的要求，并按JB／T5456《熔体流动速率仪技术条件》标准制造。
熔体流动速率测定仪/熔体流动速率仪/熔体流动速率测试仪/熔融指数仪/熔融指数测定仪主要技术参数：
最大功率800W 料筒温度范围：室温～450°C 温度控制误差：±0.2°C（出料口上端10mm处）
位移测量误差：±0.2mm／3mm 温度显示分辨率：0.1°C（100°C以下0.01°C）
料筒内径：￠9.550±0.025mm 活塞直径：￠9.475±0.015mm 活塞头长度：6.350±0.100mm
标准口模：￠2.095±0.005mm 标准口模高度：8.000±0.020mm
试验负荷：0.325／1.2／2.16／3.8／5／10／12.5／21.6kg 所谓熔融体质量流动速率就是指挤出的各段试样的平均重量折算为10分钟的挤出量。单位为（g／10min），用MFR表示L MFR＝600×m÷t
式中：MFR—熔体质量流动速率，g／10min； m—切取多段试样的平均值，g； t—切样时间间隔，s；600—参比时间（10min），s。 配置： 1、主机一台 2、口模一个 3、电源线一条 4、擦料杆一支
5、水准器一支 6、口模清料钻一支 7、取口模杆一支 8、料斗一个 9、托盘一个 10、砝码一套