

NSK SGA-E2G 医用动力接头 轴承磨损，内部配件错位维修需要多久

产品名称	NSK SGA-E2G 医用动力接头 轴承磨损，内部配件错位维修需要多久
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NSK 型号:SGA-E2G 类别:医用动力接头
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

NSK SGA-E2G 医用动力接头 轴承磨损，内部配件错位

广州云启医疗设备维修服务有限公司是一家第三方医用设备维修服务商。主要提供中小型摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械，器械的维修服务及保养升级服务，汇集国内外工程师，整合国内外优质的维修配件资源。具备一定的“质量，价格，速度”等优势，愿与广大医院，第三方维修公司及个人开展广泛健康合作，互利共赢，共同发展！秉承“高效，优质服务，诚信共赢”的经营理念努力向前，稳步发展！

NSK SGA-E2G 医用动力接头 轴承磨损，内部配件错位

设备名称：NSK SGA-E2G 医用动力接头

检测故障：轴承磨损，内部配件错位。

维修方案：更换轴承，调整内部配件。

维修周期：4个工作日

保修周期：三个月

广州云启医疗-维修耳鼻喉科/五官科/骨科/整形科/眼科等系列动力系统。

维修范围：

动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；

维修品牌：

MEDTRONIC美敦力、STRYKER史赛克、SMITH&NEPHEW施乐辉/DYONICS 戴安利、LINVATEC林弗泰克/CONMED康美、WOLF狼牌、STORZ史托斯、AESCULAP蛇牌、Bien-Air彼岸、ALCON爱尔康、NOUVAG诺瓦格、Arthrex锐适、NSK/普利玛德Primado、ZIMMER捷迈、WISAP威萨普、信晟、博进等。

动力系统主机常见故障：

- 1、无法开机、无法启动；
- 2、无法显示、显示错误、报错；
- 3、无法识别手柄；
- 4、主机线路/控制故障等；

脚踏常见故障：

- 1、控制失灵、手柄自转
- 2、电缆线老化、破损
- 3、接头插针断针、接头变形等。

动力手柄常见故障：

- 1、手柄无法转动、转动速度过慢、带不起负载等
- 2、手柄温度过热、声音异响；
- 3、按键无法使用；
- 4、线缆外皮破裂、接触不良、线缆接口故障等
- 5、轴承卡死、断裂等。

接头/附件常见故障：

- 1、轴承卡死、锈死、断裂等
- 2、夹头卡不住刀头、夹头断裂等
- 3、传动轴卡死、断裂、生锈。
- 4、齿轮生锈、卡死、磨损等

骨钻/摆锯/往复锯等常见骨钻：

- 1、电机进水、不转、没反应
- 2、驱动板故障
- 3、轴承磨损、卡死等
- 4、卡不住刀头、夹头断等
- 5、电池卡口断等

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修范围：

输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器、强生换能器、强生刀等