

# 爱色丽手持式色差仪CI6X死机解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI6X死机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽手持式色差仪CI6X死机解决方法 1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；切换孔径后无法校正；Ci60测量底座损坏；白色校准失败，提示“光源失败”；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是： $L^*a^*b^*$ 数据不稳定；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是： $L^*a^*b^*$ 数据不稳定；21、CM-3600A，CM-3600d 清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。