

爱色丽手持式色差仪CI6X死机故障

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI6X死机故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI6X死机故障 白色校准失败，提示“光源失败”；清洁校准基准
白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。10、Color Eye 2180/2180UV校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；