

Smith&nephew施乐辉 3894 关节镜图像模糊 内部光学部件损坏维修周期

产品名称	Smith&nephew施乐辉 3894 关节镜图像模糊 内部光学部件损坏维修周期
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Smith&nephew 型号:3894 类别:关节镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

Smith&nephew施乐辉 3894 关节镜 图像模糊

广州云启医疗设备维修服务有限公司是一家从事医用器械设备维修，保养，升级的第三方服务公司。

本公司可维修服务项目有:摄像系统、摄像主机、摄像头、显示器、气腹机及冷光源等周边设备常见故障及型号维修。

我公司致力于医疗设备维修服务行业。我们的服务理念是：服务只有更好，没有好；优质的服务品质是我们对客户的一致承诺，客户的满意是我们大的动力；我们不断超越，为客户提供更好的服务。

Smith&nephew施乐辉 3894 关节镜 图像模糊 内部光学部件损坏

设备名称：Smith&nephew施乐辉 3894 关节镜

检测故障：图像模糊，前端物镜、保护片崩裂，内部光学部件损坏；镜体、眼罩多次划痕但不影响使用。

维修方案：更换前端物镜、保护片，内部光学部件，清洁调教内部光学系统，封装目镜。

维修周期：七个工作日

保修周期：三个月

广州云启-维修硬镜/光学硬镜/电学硬镜

维修范围：

电子腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、输尿管镜、经皮肾镜、耳镜、脑室镜等；

维修品牌：

STORZ史托斯、STRYKER史赛克、OLYMPUS奥林巴斯、
WOLF狼牌、ACMI顺康、WISAP威萨普、Smith & Nephew诗乐、
Rudolf偌道夫、Xion艾克松、GIMMI吉米、AESCULAP蛇牌、Ackerman艾克曼、HAWK好克等

硬管镜常见故障：

- 1、内部进水、渗漏；
- 2、图像模糊、起雾、发黑、彩虹；
- 3、棒镜断裂、物镜碎裂；
- 4、光束损坏、像束损坏；
- 5、亮度不够或不亮；
- 6、工作管变形或末端烧坏

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修范围：

输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器、强生换能器、强生刀等