

# 爱色丽手持式色差仪CI64死机故障

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI64死机故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽手持式色差仪CI64死机故障 清洁校准基准 屏幕出现“死机”情况；

爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；切换孔径后无法校正；若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。

13、Ci7860，Ci7800，Ci7600，Ci7500 1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；