

爱色丽手持式色差仪CI64出现鳄鱼图标解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI64出现鳄鱼图标解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI64出现鳄鱼图标解决方法

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；屏幕出现“死机”情况；切换孔径后无法校正；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；25、CR-400，CR-410，CR-300，CR-310“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；