

爱色丽手持式色差仪CI6X无法开机解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI6X无法开机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI6X无法开机解决方法 切换孔径后无法校正；白色校准失败，提示“光源失败”；清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。Ci60无法开机；Ci60导航控件按钮无响应；白色校准失败，提示“光源失败”；12、Color Eye XTS，Color Eye XTH “无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；