

## 湘潭西门子气体分析仪维修

产品名称	湘潭西门子气体分析仪维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

### 产品详情

## 如何更换西门子U23分析仪内氧传感器模块（指导）

如何更换西门子U23分析仪内氧传感器模块（指导）

:

替换O2传感器警告烧伤的危险O2传感器中含有醋酸，它会烧伤无防护的皮肤。在替换传感器时，不可以损坏它的外壳。然而，如果你接触到该酸，则应该立即用大量的水来冲洗受伤的皮肤。另外请注意老化或有故障的O2传感器为有毒的废弃物，所以它必须要被封装好并做相应的处理。拆除 · 旋下前面盖子上的两颗螺丝并拆下改盖 · 旋松传感器连接的插头并拆下 · 旋下 O2 传感器 · 拆掉 O2 传感器的垫圈安装 · 插入新的垫圈 · 旋入新的 O2 传感器并拧紧 · 重新连接插头 · 按 5.8.2.1 节所述那样在菜单项“安装后进行O2 标定”中输入安装日期。 · 按 5.8.2.1 节所述来标定O2 零点。6.2.2 替换保险丝 · 拆掉插头下面的保险丝座（见第3 节，技术说明，图3.12 或者图3.13），使用一把小螺丝起子来做这项工作。 · 从保险丝座中拆掉熔断的保险丝。