

衡阳西门子气体分析仪维修

产品名称	衡阳西门子气体分析仪维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

西门子U23气体分析仪操作常用操作

- 1) 标定吹扫时间：ENTER-2CALIBRATION-4AUTOCAL-4PURGE TIME-240秒(常规)
- 2) 标定周期设置：ENTER-2CALIBRATION-4AUTOCAL-3CYCLE TIME AUTOCAL-4小时(常规)
- 3) SO₂量程设置：ENTER-3-1-按上下键选择SO₂组分- 1-选用还是第二量程

2 所选量程值设置

- 3.1) NO量程设置：ENTER-3-1-按上下键选择NO组分- 1-选用还是第二量程

2 所选量程值设置

- 3.2) O₂量程设置：ENTER-3-1-按上下键选择O₂组分- 1-选用还是第二量程

2所选 量程值设置

- 4) 继电器输出设置 ENTER4-1-2-3 FAULT： R2

MAINTENANCEREQ： R3

CAL/MEAS： R5

FUNCTIONCONTROL : R4

4.1) 继电器输出设置 ENTER4-1-2-4 ZERO GAS: RELAY 1

SPAN
GAS: RELAY 6

5) 电流输出设置 ENTER4-1-1-2 OUTPUT DURING FCTRL-MEAL VALUE:HOLD

ENTER4-1-1-2 OUTPUT DURING FAULT- MEAL VALUE: HOLD

6) 测量单位选择 ENTER4-2-4-3选择测量组分1 SO₂ SET:VPM.mg/m³ 等

2
NO SET:VPM.mg/m³ 等

7) 其它注意事项 : 7.1任何时候量程禁止设置为AR自动量程。

7.2 为避免量程选择错误 , 将量程和第二量程值设置为同样数值。