

# 高低温试验箱供应商 易腾检测 江苏高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱供应商 易腾检测 江苏高低温试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

## 产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，江苏高低温试验箱，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱和高低温交变试验箱的区别：这两个试验设备的区别在于控制部分，高低温试验箱的控制部分主要是采用普通仪表，而高低温交变试验箱的控制部分主要是通过触摸屏可编程仪表控制的。普通仪表只能做定值试验，按照设置要求单次控制试验完成，其中的温度的变化只能手动操作。可编程仪表则是全自动控制的，可以预先把要设置的参数以及试验的次数编辑好程序设置进去，然后按照所设置的程序工作。

高低温湿热试验箱在使用的过程中，有很多注意事项，也需要经常保养，这样可以延长试验箱的使用寿命。

### 注意事项及恒温恒湿试验箱保养

- 1.做试验之前一定要检查积水筒水位不可过高，也不能太少。使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下，并加水。可以看前面的水份管进行补水，没有后机器会报警，高低温试验箱供应商，而停止工作。
- 2.如果箱内放置发热试料时，试料电源控制请使用外加电源，高低温试验箱厂家，不要直接使用本机电源。
- 3.本机于机侧附有测试孔，可接于箱内测试线路时使用。

高低温试验箱的稳定性，就要讲到高低温试验箱的制冷系统。高低温试验箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A，在- -个大气压下其蒸发温度是-46.5 ° C，但空气降低式冷凝器传热温差通常取10 ° C左右，也就是说箱内只能制取- 36.5"C的低温，那么想要获取更低的温度需要怎么办呢?这个时候就可以通过调低压缩机的蒸发压力，可以将R404A制冷剂的较低蒸发温度降低到-50 ° C，所以要得到-50 ° C及以下的低温时就采取中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环，这样才能保证高低温试验箱制冷稳定性。

高低温试验箱供应商-易腾检测(在线咨询)-江苏高低温试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏易腾检测仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!