

高低温试验箱公司 易腾检测 常州高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱公司 易腾检测 常州高低温试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

高低温试验箱的降温、降湿都是靠制冷系统完成，同一个系统却能使机器达到两种不同的状态，高低温试验箱供应商，这都是靠人在操作的，所以准确设置高低温试验箱的工作系统非常重要，合理正确的使用，就能达到你想要的结果。

高低温试验箱的制冷系统和压缩机是相辅相成的，单级蒸气压缩式制冷机的较低蒸发温度，主要取决于它的冷凝压力及压缩比，任何制冷剂，蒸发温度越低，则蒸发压力也就越低。当蒸发温度过低时，某些常用制冷剂已达凝固温度，无法实现制冷剂的流动，循环。蒸发压力降低，制冷剂的体积加大，制冷剂的质量流量减少，这个时候要获得所需制冷量，加大吸气容积，使压缩机体积过于庞大。

高低温试验箱的日常维护:

坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近，工作30分钟左右后再切断电源，并擦干净工作室内壁。

长期停机不使用时应定期每半月给产品通电，通电时间不小于1小时。

由于高低温试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成，因此一旦设备出现问题，应全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以先外后里，即首先排除外部因素后，根据故障现象对设备进行先系统分解。后对系统综合的分析与判断，或可以采用倒推的方法查找故障原因。首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题，高低温试验箱供货商，查找是否制冷系统的问题。在没弄清故障原因前，切不可盲目拆卸或更换零部件，以免造成不必要的麻烦。

高低温湿热试验箱在使用的过程中，有很多注意事项，常州高低温试验箱，也需要经常保养，这样可以延长试验箱的使用寿命。

注意事项及恒温恒湿试验箱保养

- 1.做试验之前一定要检查积水筒水位不可过高，也不能太少。使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下，并加水。可以看前面的水份管进行补水，高低温试验箱公司，没有后机器会报警，而停止工作。
- 2.如果箱内放置发热试料时，试料电源控制请使用外加电源，不要直接使用本机电源。
- 3.本机于机侧附有测试孔，可接于箱内测试线路时使用。

高低温试验箱公司-易腾检测(在线咨询)-常州高低温试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏易腾检测仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!