

爱色丽手持式色差仪CI60出现鳄鱼图标解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI60出现鳄鱼图标解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI60出现鳄鱼图标解决方法 屏幕出现“死机”情况；屏幕出现“死机”情况；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；Ci60无法开机；白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；24、CM-2600d，CM-2500d，CM-2500c，CM-2300d 切换孔径后无法校正；