

灭菌柜验证热穿透报告资质

产品名称	灭菌柜验证热穿透报告资质
公司名称	深圳市中质技术服务有限公司
价格	100.00/次
规格参数	机构:中质检测 机构:ZTS 地址:深圳
公司地址	深圳市光明区玉塘街道玉律社区第七工业区第1栋808
联系电话	13570818192 15302779016

产品详情

柜验证热穿透报告资质 空载热分布规律试验

合格标准：*冷点和腔室平均温度间差值应 ± 1.0 。

试验过程：将经校正的16支热电偶按以下分布图均匀分布于柜腔室内，其中至少1支置于温控旁（即：16号7- -B），热电偶安装时不应与腔室内壁（或架子等）接触，按规定程序运行，运行中记录各点温度，运行3次，检查重现性及冷点情况。 [1]

空载热分布试验要点

编辑 播报

热电偶校正所需器材如下：

器材名称 型号 生产厂商 检测单位

工业铂热电阻 PT100 丹麦ELLAB公司 上海市计量测试技术研究院

多路温度验证系统 Valt16 上海严复机械科技有限公司

柜验证热穿透报告资质柜验证热穿透报告资质

热电偶 T型 丹麦ELLAB公司 本厂

干阱校验炉 E450 上海严复机械科技有限公司

热电偶校正合格标准：指示值与标准值的偏差 ± 0.5 。

热电偶校正方法：将热电偶和标准铂热温度计分别放置于E450干阱校验炉内，设置前校准温度121，仪器自动生成，低校点110，高校点130和验证点121，进行三点校正。

热分布实验程序

水浴器工作程序：蒸汽通过热交换器间接加热纯化水，并以循环喷淋方式对输液瓶进行加热，结束后，冷却水通过热交换器冷却纯化水，对输液瓶进行冷却，使产品温度降到60左右。

步骤：装车，进纯化水、升温(热交换循环)、保温()、排气及冷却。

柜验证热穿透报告资质