

高级语言提示自动电脑心肺复苏模拟人

产品名称	高级语言提示自动电脑心肺复苏模拟人
公司名称	上海益联科教设备有限公司（销售部）
价格	6300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区肇嘉浜路201弄3号1501室
联系电话	86-02164188033 13761910633

产品详情

模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真是体现。材料特点：面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：高级肤色全身人体模型一具；高级显示器一台；

豪华手拉式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置二套；可换面皮一只；热敏打印纸二卷；保修卡、合格证；使用手册一本。

2005国际最新操作指南光盘1盘；

该产品采用美国心脏学会（AHA）2005国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，率先开发出

我们可以帮助您提高急救技能，要求能高级语言提示自动使心肺复苏模拟人

用户可根据自身需要选择执行标准：

执行标准1：2010年国际心肺复苏(CPR)指南的最新标准

执行标准2：美国心脏学会(AHA)2005国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准

主要功能：模拟标准气道开放显示、语言提示；

人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示：

• 按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 • 按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4~5cm<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。

人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、数码计数显示；错误语言提示。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：2次有效人工吹气，在按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。操作方式：训练操作；考核操作。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印成绩单。检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真是体现。检查颈动脉反应：用手触摸检查，