

高级婴儿复苏模拟人

产品名称	高级婴儿复苏模拟人
公司名称	上海益联科教设备有限公司（销售部）
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区肇嘉浜路201弄3号1501室
联系电话	86-02164188033 13761910633

产品详情

用户可根据自身需要选择执行标准：

执行标准1：2010年国际心肺复苏(CPR)指南的最新标准

执行标准2：美国心脏学会(AHA)2005国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准

主要功能：模拟标准气道开放；人工手指位胸外按压显示报警：

- 按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；
 - 按压强度正确（1~2cm区域）、错误（<1~2cm<区域）的指示灯显示及错误的报警；
- 人工口对口呼吸（吹气）显示报警：
- 吹入的潮气量<30ml~50ml<的指示灯显示及报警；
 - 吹入的潮气量在30ml~50ml之间正确指示灯显示；
 - 吹入潮气量过快或过大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警；

按压与人工呼吸比：30:2/单人或15:2/双人。

操作周期：2次有效人工吹气。再按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。操作方式：训练操作。

检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V、或采用4节1号电池的直流电源状态下工作。适应野外无电源地方训练。

友情提示：您只要致电：021-64188321 021-64188291 021-64176268 021-64188033

我们可以帮您推荐符合您要求的高级婴儿复苏模拟人 KAS/CPR160相关产品！