

## 紫外可见光区透射比滤光片标准物质

产品名称	紫外可见光区透射比滤光片标准物质
公司名称	深圳市世纪经典检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区销售热线:15914142916
联系电话	86-15914142916 15914142916

### 产品详情

透射比标称值：10%、20%、30% 波长范围：(200~700) nm 定值波长：250.0nm、280.0nm、340.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm 透射比不确定度：0.5% 成套性：每套3片，外加一个参比架。检定紫外可见分光光度计紫外可见光区的透射比准确度与重复性，可替代目前使用的标准比色皿和重铬酸钾标准溶液及中性滤光片，具有使用光谱范围宽、中性好、使用方便量值准确等特点。

外形尺寸：12.7 × 12.7 × 56(mm)

公司其它产品：色散型红外分光光度计检定装置 光衰减器 空心阴极灯 原子吸收分光光度计检定标准器 紫外可见光区透射比滤光片标准物质 标准旋光管 旋光标准石英管 氧化钬滤光片标准物质 聚苯乙烯红外波数标准物质 阿贝折射仪检定用标准器 介质膜干涉滤光片标准物质 可见分光光度计检定装置 紫外可见分光光度计检定装置 半自动生化分析仪检定用标准器 杂散光滤光片标准物质 低压石英汞灯 可燃气体报警器检定标准器 可见光区透射比滤光片标准物质 镨钕滤光片标准物质 金属石英滤光片标准物质