

稳定性测试节能高低温试验箱功率4KW订制厂家

产品名称	稳定性测试节能高低温试验箱功率4KW订制厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

稳定性测试节能高低温试验箱功率4KW订制厂家

外尺寸：约750 *1650 *1450mm (W* H *D)

温度范围：-70 ~ 150 (风冷式)

湿度范围：20% ~ 98%RH

主要性能:

温度波动：±0.5

温度偏差：±2.0

降温速率：RT ~ -70 /100min (空载下)

升温速率：RT ~ 150 /40min(空载下)

湿度波动度：±2%RH

德祥仪器DX-H201-150L高低温湿热试验方法标准 -70 ~150 主要配置:

德祥仪器DX-H201-150L高低温湿热试验方法满足标准控制器：

内箱材质：内板材质为高等SUS304不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196 ~ 800 ）。。

????????????????4KW????????????????

- 1、电路断路器、超温保护器、提供本器测试和操作人员的安全保护，因此请定期检查。
- 2、高低温箱的接线必须准确，接地。如果不接地，可能会导致设备显示异常或测量误差大。在测试过程中，如果没有特殊情况，箱门无法打开。
- 3、高低温箱在进行低温试验时，箱内温度很低，在试验过程中或试验结束时，如果需要打开箱门要特别小心，以免冻伤。
- 4、尽管设备有很好的防触电措施，但还是要注意，尤其是电气控制系统，在工作条件下，不要触摸电气部分。

用户检查高低温箱设备，测试为客户用户提供了一个模拟环境、检查电子电气元件、相关行业的备件或实验部门提供模拟环境，为测试数据的准确性和一致性提供基本条件。