福禄克仪器仪表

产品名称	福禄克仪器仪表
公司名称	赵琪（个体）
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区
联系电话	0351-2736257

产品详情

类型：高精度万用表

测量电压范围：直流电压 V
测量电流范围：直流电流 测量电阻范围：40M Ω

技术规格		
任意端子和地之间的最大电压		600v
浪涌保护		6 kV 峰值，根据 IEC 61010-1 600 V CAT III；污染等级 2
显示	数字：	6000 字，更新速度 4/秒
柱状图		33 段，更新速度 32/秒
电流表工作温度		"-10 ° C 至 50 ° C
储存温度		"-40 ° C 至 + 60 ° C
电流表电池类型		9 V 碱性电池，NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电流表电池寿命		400 小时（典型值），无背光照明

准确度技术规格		
直流 mV	量程： 分辨率：	600.0 mV 0.1 mV

	准确度：	±([% 读数] + [字])：2.0% + 3
直流 V	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V ± ([读数的 %] + [位数])：0.5% + 2
毫伏交流1 真有效值	量程： 分辨率： 准确度：	600.0 mV 0.1 mV 1.0 % + 3（直流，45 Hz 至 500 Hz）；2.0 % + 3（500 Hz 至 1 kHz）
交流 电压1 真有效值	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1.0 % + 3（直流，45 Hz 至 500 Hz）；2.0 % + 3（500 Hz 至 1 kHz）
连续性	量程： 分辨率： 准确度：	600 Ω 1 Ω 声音报警器 < 20 Ω 时接通，> 250 Ω 时关闭；检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度： 量程/分辨率： 准确度：	600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ 0.9 % + 1 40.00 MΩ / 0.01 MΩ 5 % + 2
二极管测试	量程/分辨率： 准确度：	2.00 V / 0.001 V 0.9% + 2
电容	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度： 量程/分辨率： 准确度：	1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF 至 1000 μF 1.9% + 2 > 1000 μF 5% + 20%
LoZ 电容	量程： 准确度：	1 nF 至 500 μF 10 % + 2（典型）
AC amps 真有效值（45 Hz 到 500 Hz）	量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A 1.5% + 3 20 A 连续过载，最长 30 秒
DC amps	量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A 1.0% + 3

	-	20 A 连续过载，最长 30 秒
Hz（V 或 A 输入）2	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	99.99 Hz / 0.01 Hz 999.99 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 kHz 50 kHz / 0.01 kHz 0.1% + 2