

# 医用口罩YY0469-2011和YY/T0969-2013检测报告办理

产品名称	医用口罩YY0469-2011和YY/T0969-2013检测报告办理
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

## 产品详情

医疗品使用领域中的医用口罩有三种类型，分别对应的名字是：一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩，分别对应的标准为：YY / T0969-2013一次性使用医用口罩、YY0469-2011医用外科口罩、GB19083-2010医用防护口罩技术要求。目前市场上用的多的是的一次性的医用口罩，这类口罩执行标准为YY/T0969-2013，接下来我们跟着讯科检测一起看一下他们有什么区别？

了解这个之前首先我们要知道我国标准分为GB国家标准，GB/T国家推荐标准，YY是医药行业标准的意  
思，YY/T是医药推荐标准。

YY0469-2011和YY/T0969-2013两个标准有些类似，但是YY0469-2011的要求和功能比YY/T0969-2013要求更  
高。

标准的适用范围：

首先来看看YY0469-2011《医用外科口罩》的适用范围

YY0469-2011本标准适用于由临床医务人员在有创操作等过程中所佩带的一次性口罩。比如外科手术，包  
扎等等。常常是医生需要佩戴。

YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》的适用范围：

YY/T0969适用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。

YY/T0969不适用于医用防护口罩，医用外科口罩。

这种口罩就是我们平时常见的医用口罩，去医院看病需要佩戴，可以预防流感，xg病毒，细菌等等。

测试项目和要求：

#### 一、口罩测试标准YY0469-2011《医用外科口罩》

1、需要测试的项目：鼻夹、口鼻带、合成血液穿透、细菌过滤效率、颗粒过滤效率、压力差、阻燃性能、微生物、环氧乙烷残留。

2、测试周期：1-2周。

3、样品数量：70个(含微生物指标的需密封保存)。

#### 二、口罩测试标准YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》

1、需要测试的项目：结构与尺寸、鼻夹、口鼻带、细菌过滤效率、通气阻力、微生物、环氧乙烷残留量。

我们的优势：

提供标准培训，指导样品制作，包装及技术文件的合规，提高测试通过率；

高规格的医疗防护实验室为企业研发测试，缩短分享周期