

等离子灭菌生物指示剂

产品名称	等离子灭菌生物指示剂
公司名称	北京安杰龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区古城路6号
联系电话	010-68888276

产品详情

使用范围

用于测定过氧化氢低温等离子灭菌器对细菌芽孢的杀灭能力，以验证其灭菌性能是否符合原设计规定及过氧化氢低温等离子灭菌效果的监测。

产品说明

本品由嗜热脂肪杆菌芽孢(ATCC7953)菌片（载体为玻璃纤维），培养基（密封在玻璃管内）及塑料外壳组成自含式生物指示剂。菌片含菌量为 $1 \times 10^6 \sim 5 \times 10^6$ cfu/片。

使用方法

- 1、将本品放入一标准测试包中；
- 2、按照相关规定，分别将测试包放于过氧化氢低温等离子灭菌器内不同位置；
- 3、灭菌完毕，取出生物指示剂；

4、挤破内装的玻璃管，于一支对照管一起放于56 ~ 58 培养箱内培养；

5、培养48小时后，判定结果，培养基颜色由原来紫红色变成黄色，说明灭菌过程不完全。若培养基颜色保持不变，请继续培养2天，若无变色，则可判断灭菌完全。