

# 黄曲霉素检测仪(ST117)

产品名称	黄曲霉素检测仪(ST117)
公司名称	济南盛泰仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区凤凰山路102-1号
联系电话	0531-85919987 15668458328

## 产品详情

### 黄曲霉素检测仪(ST117)

采用薄层层析方法，样品中黄曲霉素B1经提取、浓缩、薄层分离后，在波长365nm紫外光下产生紫色荧光，根据其在薄层上显示荧光的最低检出量来测定含量。

### 主要技术指标

- 1、最低检测量：0.0004微克；；
- 2、波长范围：330 ~ 900nm(本仪器里只配450 nm干涉滤光片)；
- 3、干涉滤光片的半宽度为：10nm。
- 4、亮电流稳定性：0.3%(T)/5分钟。
- 5、暗电流稳定性 0.2%(T)/5分钟。
- 6、透光比范围：0.0%(T)-110.0%(T)。
- 7、吸光度范围：-0.041-1.999(A)。
- 8、浓度范围：0.000-9999。
- 9、(T)转换精度：±0.004A。
- 10、测试时间：1小时
- 11、使用环境：温度：5 ~ 35 ，湿度：85%。

12、工作电源：220V  $\pm$  10% , 50HZ。

13、仪器尺寸：410  $\times$  264  $\times$  110mm<sup>3</sup>。

14、重量：10kg。