

# 可程式高低温交变试验箱小型100L150L生产厂家

产品名称	可程式高低温交变试验箱小型100L150L生产厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	23380.00/件
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

高低温试验箱：適用於工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫（交變）循環變化的情況下，檢驗其各項性能指標。

產品具有較寬的溫度控制範圍，其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低温试验箱技術條件，適用於按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A：低溫試驗方法，試驗B：高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。

### 可程式高低温交变试验箱小型100L150L生产厂家控制系统

- 1.温度控制仪:采用高精度触摸屏温控仪，控制\*\*、平稳，长期运转不漂移。
- 2.传感器：PT100测温传感器。
- 3.控制加热输出采用固态继电器过零触发，以降低噪声，减少污染，方便维修，提高控制精度。
- 4.在控制系统中需设有安全保护措施，包括：缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温断电保护、漏电等保护。

5.控制系统设有方便用户的操作面板，设在试验箱左上部，设有电源、照明和各功能操作按键以及故障指示灯。

6.在系统中除了主控制器外，还设置一独立的超温保护器，即使主控制器出现故障，超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。

7.在电气控制系统中设有互锁装置，当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动，机组超高压、过载时制冷机组都将被禁止。