

专业生产高低温试验箱规格齐全可非标订制

产品名称	专业生产高低温试验箱规格齐全可非标订制
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	24550.00/件
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

专业生产高低温试验箱规格齐全可非标订制

單級壓縮機工作時，在做-35 左右，因為壓縮機的線圈是旋空在壓縮機中間的，這就產生一個問題，-35 時，壓縮機的低壓是為負數值，也就是產生了一個真空度，這樣線圈的頂端熱量就沒有辦法散去，這樣就壓縮機表面是十分涼，可是實際上內部，他的溫度是很高的（因為真空是**的隔熱介質）。

由上可見：恒溫恒濕試驗針對-40 機型可以采用單級製冷循環，也可以采用復疊式製冷循環系統，但單級製冷循環是靠調小壓縮機的膨脹閥開啟度，減小製冷劑流量限流來調低蒸發壓力（約0.7個大氣壓），從而獲得更低的蒸發溫度的，這樣的設計是以犧牲系統的製冷量來達到的（製冷量約只有標準的0.7 ~ 0.8 ），導致製冷效率低並加大了壓縮機的負載，而且易引起壓縮機線圈過熱，影響了壓縮機的壽命。

解析精度 温度: 0.01 ;湿度: 0.1%RH

温湿度偏差 温度: ± 1.0 ;湿度: ± 2.5%RH

升温时间 +20 ~-150 约30 min

降温时间 +20 ~-20C 30min +20 ~-40 55min +20 ~-70C 75min

材质 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS 304或SUS 316不锈钢板

绝缘材料 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂)

制冷方式 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器

制冷剂 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23

压缩机冷量 3.0P*2台 3.0P*2台 3.0P*2台 4.0P*2台

控制器 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表

电器元件 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件

加热、加湿 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管

循环风机 长轴电机+不锈钢风轮