

探测器高低温湿热试验箱冷热环境试验箱生产厂商

产品名称	探测器高低温湿热试验箱冷热环境试验箱生产厂商
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	23660.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

探测器高低温湿热试验箱冷热环境试验箱生产厂商

探测器高低温湿热试验箱冷热环境试验箱生产厂商的结构性能详细说明，

- 1 设备外壳采用上等A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观；
- 2 内胆为SUS304上等镜面不锈钢板；
- 3 保温材质:高密度玻璃纤维棉，保温厚度为100mm，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；
- 4 搅拌系统采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩散循环，使实验室内湿度均匀并保持稳定；
- 5 引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用；

6 设备的制冷系统安装在底部，压缩机采用法国进口泰康牌，两台机组复合制冷，以确保在规定的时间内将温度或湿度降到所要求的数值；

7 机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，将脚轮固定；

8 设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于维护。

1、在做高低温试验箱环境试验时，对所需试验的样品性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉，要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉，对设备的构造要有所了解，尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读试验设备的操作使用手册，这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行而引起试验样品的损坏，试验数据的不正确。

2、合理选择高低温试验箱试验设备。为保证试验正常进行，应该根据试验样品的不同情况，选择合适的试验设备，试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验，其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如，一台21"彩电在做温度储存试验时，选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求，而在通电工作时，它就不能满足要求了，应该换一个更大一些的试验箱，因为电视机在工作时要散发热量。