

研究院高校节能高低温潮态测试机生产厂家

产品名称	研究院高校节能高低温潮态测试机生产厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	23380.00/件
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度: ± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

研究院高校节能高低温潮态测试机生产厂家

- 一、试验箱在安装时箱体外壳必须接地，如果试验箱没有接地，一旦漏电则会有电击的危险；
- 二、不要在设备没有安装好之前运行设备，确保安装可靠边后再进行试验；
- 三、如果箱放置发热试样时，试样控制电源请使用外加电源，不要直接使用本机电源；
- 四、如高低温试验箱不配备加湿功能，阅读说明时注意区别使用和要求上的不同；
- 五、禁止内有试样时移动试验箱，否则试样可能反转或跌落；
- 六、使用前确保高低温试验箱已固定，即脚轮离地调整脚着地，否则在受到外力时试验箱会意外移动。

一台高低温湿热试验箱可能用于同一类型产品的多次试验，而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验，为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性，必然要求高低温湿热试验箱所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说，环境试验设备施用于被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求是一致的。

高低温湿热试验箱所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此，必须要求环境试验设备能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求，并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。

如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外，还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等精度指标的要求，而且每次检定后的使用周期为二年，超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。