

GJB150.5标准冷热冲击试验箱复合材料热胀冷缩检测箱厂家

产品名称	GJB150.5标准冷热冲击试验箱复合材料热胀冷缩检测箱厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	80008.00/台
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

GJB150.5标准冷热冲击试验箱复合材料热胀冷缩检测箱厂家特点：

操作简单之面板接口。采用日制原装进口彩色触控LCD中/英文微电脑温度控制器。立式三箱结构，高低温箱循环过程自动控制，停留及转换时间可调，不锈钢内胆，多形式记录，设有多重安全保护措施及装置。

完善的保护报警功能：当出现短路、漏电、工作室超温；压缩机超压、过载、油压、断水等异常状况时，荧幕上即刻自动显示故障原因机排除方法，当发现输入电压不稳时，具有紧急停机装置，冷热冲击结构移动时间在10秒内。

冷热冲击温度恢复时间在5分钟内，可符合MTL,IEC,JIS,GJB等规范。

可扩充设备：温度记录器Ln2快速降温控制系统RS-232通信接口装置，可与个人计算机同时进行局域网络联机监控及记录。

GJB150.5标准冷热冲击试验箱复合材料热胀冷缩检测箱厂家维护注意事项：

1.应固定每3个月清洗一次冷凝器：对于冷冻系统采用风冷冷却的，应定期检修冷凝风机，并对冷凝器进行去污除尘，以保证其良好的通风换热性能；对于冷冻系统采用水冷冷却的，除了要保证其进水压力、进水温度在规定范围内，还必须保证相应流量，并定期对冷凝器内部进行清洗除垢，以获取其持续的换热性能。

2.如是长时间做低温时，当做完一个周期后，应设定温度为110度，小幅度开箱门做两个小时除霜处理。同时应坚持每次试验完毕后，将温度设定在环境温度附近，工作30分钟左右，再切断电源，并擦干净工作室内壁。

3.应定期清洗蒸发器：因试品的洁净等级各异，在强制风循环作用下，蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。

低温试验机循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡：与清洗蒸发器相似，因试验机的工作环境各异，循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。