

苏州空气氨去除率检测 TVOC去除率检测

产品名称	苏州空气氨去除率检测 TVOC去除率检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

检测项目	作用时间	去除率检测数据		去除率 y (%)
		空白舱 作用后浓度 CA (mg/m ³)	试验组 作用后浓度 CB	
TVOC	24 h	1.97	0.12	93.9
	24 h	2.53	0.13	94.8
	1.89	0.15	92.0	
苯	1.78	0.17	90.4	

检测说明：

1. 检测标准

1) QB/T 2761-2006 室内空气净化产品净化效果测定方法

2) GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检测方法 第2部分：化学污染物 7.2酚试剂分光光度法

2. 检测设备

试验舱（3 m³）、空气采样器（2020）、紫外可见分光光度计（752N）

3. 试验步骤

1) 将200 mL样品分3次喷涂于3张1 m²基纸上。

2) 将缠有5层纱布的2根玻璃棒分别直立放入2个500 mL试剂瓶中，分别装入200 mL的0.4%污染物，贴上标记A1、B1。待纱布完全湿润后，即可投入使用。

- 3) 将未经处理的基纸悬挂于空白试验舱A中，再将经过喷涂样品的基纸悬挂于试验舱B中。
- 4) 把释放源A1和B1分别放入空白试验舱A和样品试验舱B中，立即关闭舱门。
- 5) 开启A舱和B舱的风扇搅拌1min，关闭风扇，采样测定空白舱A的初始污染物浓度。
- 6) 24 h后，分别对A舱和B舱进行采集样品测试分析，浓度分别记为CA和CB。

4. 计算去除率