

水平垂直实验仪

产品名称	水平垂直实验仪
公司名称	珠海市安规测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市吉大景园路10号德光大厦5楼
联系电话	86-07563333817 13902532757

产品详情

AG5100A 水平垂直燃烧性试验是IEC60950：1999，UL 94、IEC 707、ISO1210：1992、GB5169等标准规定的模拟安全试验项目。水平垂直试验仪是采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 (甲烷或天然气)，按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次，以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和试品下铺垫的引燃物是否引燃来评定其燃烧性。

水平垂直燃烧试验仪能对总质量超过和不超过 18kg 的移动式设备防火防护外壳；驻立式设备的防火防护外壳；安置于防火外壳内的材料；V-0、V-1、V-2、HB、5V、HF-1、HF-2、HBF 级材料或泡沫塑料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。