

6%鲁尔圆锥接头性能测试仪

产品名称	6%鲁尔圆锥接头性能测试仪
公司名称	济南瓦兰德仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瓦兰德 型号:WY-015 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市天桥区时代总部基地1区25号楼
联系电话	0531-88799500 18615605115

产品详情

产品简介

该测试仪采用PLC可编程控制器，7英寸专用彩色液晶触控显示屏，中文菜单显示。并由触摸键进行选择，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩、保持时间、内部水压、分离力、可测试锁定注射器和注射针的漏液、漏气，分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等各项性能，注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩、保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值，包括各种6:100（鲁尔）接头，（锁定），如输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等。可由机载打印机打印出测试结果。

产品特征

I 采用7英寸多彩液晶触摸显示屏，PLC中文菜单显示。

I 测试记录可通过U盘导出EXCEL报表，以便长期保存测试数据。

I 仪器符合GMP三级权限认证，满足审计、追踪的要求。

I 实时显示测试数据，针对测试结果自动判断，不合格则自动蜂鸣报警，并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。

I 在系统中选择注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、正负压泄漏率，可由机载打印机打印出测试结果。

测试标准

GB1962.1 , GB1962.2 , ISO80369等标准

产品参数

型号：WY-015

公升容量：0~100ML任选；

轴向力：0~100N，误差不大于 $\pm 0.5\%$ 读数；

分离力：0~50N，误差不大于 $\pm 0.1\%$ 读数；

内部水压：0~400kPa，误差不大于 $\pm 0.5\%$ 读数；

扭矩：0.01Nm~0.5Nm，误差不大于 $\pm 0.5\%$ ；

保持时间：1~999s任意设定，误差不大于0.1s。

仪器配置

主机、鲁尔接头测试工装一套、0-13号接头一套