

医用注射器滑动性能测试仪

产品名称	医用注射器滑动性能测试仪
公司名称	济南瓦兰德仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瓦兰德 型号:WY-005 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市天桥区时代总部基地1区25号楼
联系电话	0531-88799500 18615605115

产品详情

WY-005 医用注射器滑动性能测试仪适用于注射器滑动性能检测。是鉴定医用注射器的重要手段之一。

产品特点

I 该测试仪采用7英寸彩色液晶屏；

I 中文菜单显示：实时显示启始力、平均力、回推大力、回推小力及芯杆移动和力的纪录图；

I 由智能控制器进行选择注射器的公称容量，自动判断测试结果，并由机载打印机打印出测试结果。

测试标准

该仪器符合ISO 7886-1，ISO8537-2016，YY0497-2018等。

测试原理

将注射器的器身固定，给芯杆一端施加一个力，在一定的速度下，测试芯杆与注射器身的试验拉力和试验推力。

测试应用：适用于各种注射器滑动性能测定。

产品参数

力值范围：0~100N

精度：误差满度值 $\pm 1\%$

试验速度：100 \pm 5mm/min

公升容量：0.1mL~100mL任意选择

试验时间：30 \pm 1s（拉力试验结束至推力试验开始的等候时间）

外形尺寸：420 mm (L) \times 290 mm (W) \times 280 mm(H)

净重：10kg

仪器配置

标准配置