

手术刀片弹性测试仪

产品名称	手术刀片弹性测试仪
公司名称	济南瓦兰德仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瓦兰德 型号:WY-020 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市天桥区时代总部基地1区25号楼
联系电话	0531-88799500 18615605115

产品详情

WY-020手术刀片弹性测试仪是用于测试手术刀片弹性的专用测试设备，是根据YY0174-2019标准中的有关条款而设计制造的。

产品特点

- | 该仪器由PLC可编程控制器，测力机构，传动机构，打印机等组成；
- | 该测试仪采用7英寸专业彩色液晶屏，中英文菜单显示；
- | 具有操作方便、显示清晰、精度高、可靠性好等优点。

测试原理

在刀具中央施加一定的力，使刀片被所规定的模柱压弯试验后，并保持10s时间，然后撤去所加力，测出其变形量。

测试标准

该仪器符合符合YY0174-2019。

测试应用：适用于各种各种手术刀片性能测定。

产品参数

模柱直径：88mm, 85mm, 98mm

垫块直径：D+0.4MM

移动距离：0 ~ 30mm

打印方式：每次可打印10次测试结果

外形尺寸：400 mm (L) × 270 mm (W) × 360 mm(H)

净重：11kg

仪器配置：主机、夹具、打印纸、说明书