

# WY-011 输液器泄漏正压测试仪

产品名称	WY-011 输液器泄漏正压测试仪
公司名称	济南瓦兰德仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瓦兰德 型号:WY-011 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市天桥区时代总部基地1区25号楼
联系电话	0531-88799500 18615605115

## 产品详情

WY-011 输液器泄露正压测试仪是根据GB8368-2005标准中的有关条款而设计，采用正压原理，用于测定医用输液器的密封性能。

### 产品特点

- I 工业级7寸电容触摸屏，菜单式操作界面、操作使用方便快捷，易学、易懂、易操作
- I 专业软件设计，并设有多级权限管理，方便实验室管理人员规范设备使用
- I 支持可远程升级与维护
- I 配备微型打印机，便于客户打印测试结果
- I 适用于GB、YY、ISO、ASTM等多种标准要求测试方法

### 测试原理

将输液器安装在连接有测量装置的驱动机构上，设备自动获得压力值、保持时间。

### 测试标准

该仪器符合GB8368-2015。

## 测试应用

适用于医用输液器密封性能测定。

## 产品参数

正压输出范围：120kPa~160kPa（其余量程可订制），误差不大于 $\pm 5\%$

测试持续时间：1S~60S（其余量程可订制），误差不大于 $\pm 1S$

测试系统正压保持：1S~60S（其余量程可订制），误差不大于 $\pm 1S$

压力范围：3分钟内不可跌落1kPa

设定时间：06~999S

外形尺寸：400 mm (L) × 270 mm (W) × 300 mm(H)

净重：10kg

## 仪器配置

主机、夹具、打印纸、说明书