

Think TH8244-001L 髓核钳拉杆断，钳头打不开维修时长

产品名称	Think TH8244-001L 髓核钳拉杆断，钳头打不开维修时长
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Think 型号:TH8244-001L 类别:髓核钳
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

广州云启医疗设备有限公司积累十余年医疗手术器械维修的经验，树立了良好的口碑，得到客户广泛的认可和嘉许，现已与全国各地、市多家医院建立了长期的业务往来和友好合作关系。我公司秉承"质量求生存、诚信求发展"的经营宗旨，将企业发展与社会责任相结合，不断开拓创新、锐意进取，竭诚为客户提供优质产品和完善的服务。

广州云启医疗维修品牌：

狼牌WOLF、史赛克Stryker、史托斯STORZ、奥林巴斯OLYMPUS、威利Valleyl、艾克松XION、顺康ACMI、佳乐GYRUS、强生豪韵Harmonic、捷迈ZIMMA、吉米GIMMI、爱克曼ACKERMANN、威莎普WISAP、施美德XOMED、诺道夫Rudof、伟伦WELCHALLYN、雪力SCHOELLY、康美CONMED。"

Think TH8244-001L 髓核钳

故障检测：拉杆断，钳头打不开

维修方案：拆开维修拉杆

维修周期：3个工作日

保修周期：非人为保1个月

"广州云启医疗-维修超声刀、超声换能器

强生超声刀：

钳头掉\断、铆钉脱落、绝缘片脱落、绝缘片烧焦、按键失效、刀头外壳断裂

Olympus超声刀：

绝缘片脱落、绝缘皮老化、更换钳芯

强生换能器手柄：

无次数剩余、无法识别手柄、提示更换器械、螺杆断、手柄线缆断、电缆线外皮破损等"

"广州云启-手术器械维修

手术器械常见故障：

咬骨钳：

钳头坏手柄弹簧片断、钳头连接销脱落、拉杆断、外管与手柄连接处断

钛夹钳：

钳头断、拉杆断、手柄旋钮坏、手柄弹簧片断

分离钳、分离剪：

拉杆断、手柄断、外皮破损、钳口/剪刀错位

操作手件：

导电模块坏、弹簧缺失、手柄连接散架、镜子卡口坏

持针器：

拉杆断、钳口夹片磨损、拉杆过长、钳头断、连接销断、锁紧装置打滑等

活检钳：

钳口崩缺、钳头断、连接板断、连接脱焊、拉杆断、钢丝断或弹力不够、弹簧管与手柄连接脱开、钳头弹不开、弹簧管内堵塞等。

输尿管镜镜桥：

水阀断、连接处坏"

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修：强生换能器、强生刀、输尿管肾钳、异物钳、电凝钳、镜鞘、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件等；