

# PVC医用手套检测 常规质量测试报告办理

产品名称	PVC医用手套检测 常规质量测试报告办理
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### PVC医用手套检测 常规质量测试报告办理

PVC医用检查手套检测 质检报告办理 《一次性使用聚氯乙烯医用检查手套(GB 24786-2009)》删除了原标准中的前言；“本标准”一词改为“本标准”；用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”；删除了8.1中“用于标志的语言应征得相关方的一致同意”。本标准的附录A为规范性附录。本标准由中国石油和化学工业协会提出。检测项目 尺寸 不透水试验 拉伸性能 热老化试验 GB10213-2006:一次性使用医用橡胶检查手套 橡胶手套是用橡胶 薄片或薄膜 制成的一类手套。按橡胶原料或制造工艺分胶手套和模压手套等。耐碱手套应能于45 在中(密度1.32)或烧碱溶液中(密度1.19)使用。电绝缘手套 分高压和低压两种。高压可在6000伏以下时使用(试验电压为12000伏)。低压可在1000伏以下使用。医用手套分光面和毛面(毛面手套或皱纹手套)两种。医用橡胶手套是医疗保护产品中重要防护用品之一，是避免医务人员感染病毒的重要手段。医用橡胶手套标准GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24788-2009 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量 一、医用橡胶手套检测项目 1.原材料检测:胶材料分析、定性和定量分析、化学分析、有毒物质分析2.尺寸的测量3.非渗透性测定4.拉伸性能:老化前断裂力和断裂伸长率分析,老化后断裂力和断裂伸长率分析,300%拉伸载荷5.手套消毒能力检测6.包装和标记检查